

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

100 mM dGTP Lösung Deoxyguanosin-5'-triphosphatlösung. 100 mM dGTP solution, deoxyguanosine 5'-triphosphate solution	Kat. Nr.: / Cat. No.: Lot / Contr. No.:	M3020 DG3060401L1
---	--	----------------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Aussehen appearance		Farblose Lösung colourless solution	entspricht corresponds
Konzentration concentration		100 mM	entspricht corresponds
Reinheit des eingesetzten dGTP Pulvers Purity of used dGTP powder	HPLC	97,5 % 97.5 %	entspricht corresponds
Reinheit des eingesetzten dGTP Pulvers Purity of used dGTP powder	UV	99,0 % 99.0 %	entspricht corresponds
pH (20°C)		7,5 +/- 0,2 7.5 +/- 0.2	entspricht corresponds
PCR-Test mit Taq-Polymerase PCR with Taq-Polymerase		Positive Kontroll-PCR positive control PCR	entspricht corresponds
PCR-Test mit Pfu-Polymerase PCR with Pfu-Polymerase		Positive Kontroll-PCR positive control PCR	entspricht corresponds
DNase RNase		nicht nachweisbar not detectable	entspricht corresponds
Haltbarkeit expiry date			Dezember 2008 December 2008
Lagerung (°C) storage			- 20 °C

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
 Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
 We do not guarantee that the product can be used for a special application.
 This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

Genaxxon BioScience

Datum/date: 20.12.2006

Dr. Norbert Tröndle

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
 This document has been generated by computer and does not contain a signature.